

# SERVICE- OCH TESTSCHEMA

## Ytförsörjning - vattendykning



Schemat visar den av Interspiro rekommenderade lägsta nivån för service och testning. Lokala krav och bestämmelser kan avvika från detta och ställa högre krav. Hänsyn måste även tas till användningsmiljön och hur ofta apparaten är i bruk. Frekvent användning och/eller användning i skadliga miljöer kan kräva kortare intervaller.

### Behörighetsnivåer

Nivå 1	Användare utbildad i användning och hantering av utrustning
Nivå 2	Drifttekniker utbildad och certifierad på denna nivå
Nivå 3	Servicetekniker utbildad och certifierad på denna nivå

Efter användning		
Rengöring (vid behov)	Nivå 1	eLearning Nivå 1 / Användarmanual
Läckagetest	Nivå 1	eLearning Nivå 1 / Användarmanual
Visuell kontroll, ytlåda och försörjningsslangar	Nivå 1	eLearning Nivå 1 / Användarmanual

Före flaskfyllning		
Visuell kontroll - Tid kvar till nästa återkommande kontroll (enligt märkning på flaskan) - Kontroll av skador på flaska / flaskpaket	Nivå 2	eLearning Nivå 2

Varje år		
Visuell kontroll, ytlåda och försörjningsslangar	Nivå 2	eLearning Nivå 2 / Användarmanual & servicemanual
Prestandatest - Utförd på kalibrerad testutrustning rekommenderad av Interspiro	Nivå 2	eLearning Nivå 2 / Testinstruktioner
Byte av servicedelar - Ytlådans anslutningar (3 st) - För regulatorenhet MKII P+: Frysskydd - T-stycke (tillval)	Nivå 2	eLearning Nivå 2 / Servicemanual, Modul 2-3 Servicemanual, Modul 2-3 Servicemanual, Modul 2-3

Vart 5:e år		
Återkommande kontroll av flaskor	---	Revision hos Interspiro / annat revisionsföretag
Byte av servicedelar - Flaskventil / Flaskpaket	Nivå 3	Servicemanual, Modul 5

Vart 6:e år		
Byte av servicedelar - Ytlåda, version 300 bar: Ytlådans anslutningar (3 st) - Ytlåda, version 300 bar: Varningsvissla, skyttelventil & avluftningsinsatser - Regulatorenhet MKII P+ - T-stycke (tillval)	Nivå 3	Servicemanual, Modul 2-3

Vart 8:e år		
Byte av ytförsörjningsslangar och adapterslangar	Nivå 3	Servicemanual, Modul 2-3

Vart 10:e år		
Byte av servicedelar - Ytlåda, version 70 bar: Ytlådans anslutningar (3 st) - Ytlåda, version 70 bar: Varningsvissla, skyttelventil & avluftningsinsatser - Ytlåda, version 70 bar: Regulator (komplett utbytesenhet) - Regulatorenhet RS4 P+ och Pro P+	Nivå 3	Servicemanual, Modul 2-3

15 år från tillverkningsdatum		
Byte av mellantrycksslangar	Nivå 3	Servicemanual, Modul 2